

**Odpowiedź na zapytanie 1;**

W dniu 30 kwietnia 2020 r. złożono zapytanie do postępowania pn;

**Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, z podziałem na 2 pakiety.**

Numer postępowania: ZP/05/N/D/2020 SPBS

Dotyczy Pakietu nr 2- Komora PCR, laminarna

Treść zapytania:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1340 mm oraz szerokości wewnętrznej 1250 mm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1340 mm oraz szerokości wewnętrznej 1250 mm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania.

04. 05. 2020 ✓  
STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr Krystyna Zurek

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN  
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
Radzików, 05-870 Blonie  
tel. (22) 725 36 11, fax (22) 725 47 14  
NIP: 529-000-70-29, Regon: 000079480