

**Odpowiedź na zapytanie 1;**

W dniu 15 maja 2020 r. złożono zapytanie do postępowania pn:

**Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i  
Aklimatyizacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w  
Radzikowie,**

Numer postępowania: ZP/08/N/D/2020 SPBS

Treść zapytania:

**Pytanie 1.** Czy są Państwo w stanie zaakceptować młyn kulowy, który różni się w zakresie:

- a) Pamięć programów: 9 ( nasz młyn posiada opcje zapamiętywania ostatnich ustawień z mielenia)
- b) Pobór mocy maksymalnie 150 W ( nasz młyn posiada moc 200 W)
- c) W x H x D w pozycji zamkniętej 371 x 266 x 461 mm ( wymiary naszego młyna dł. x szer. x wys. 365 x 425 x 225 mm)
- d) Waga młyna kulowego powinna nie przekraczać 28 kg (nasz młyn waży 42 kg),

Resztę wymogów ze specyfikacji spełniamy lub oferujemy odrobinę lepsze.

**Odpowiedź:** *Nie. Ze względu na wagę utrudniającą przygotowanie stanowiska pracy (i jego zmianę), wymiary i pamięć, Zamawiający nie jest zainteresowany urzędzeniem o wskazanych parametrach.*

19.05.2020

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

*mgr Krystyna Zurek*

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN  
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
Radaków, 05-870 Blonie

tel. (22) 725 36 11, fax (22) 725 47 14  
NIP: 529-000-70-29, Regon: 000079480